

הנדון: מכרז 001/2025 - פרטיכל קובץ הבהרות מס' 1

בהמשך לפרסום מכרז מס' 007/2024, למתן שירותי דיגום ובדיקות מעבדה לשפכי מפעלים, על ידי מי הרצליה בע"מ (להלן: "החברה") להלן קובץ תיקונים, להלן תיקונים שאלות ותשובות מטעמה של החברה לשאלות ולבקשות, שנתקבלו על ידי החברה עד כה:

מס"ד	מסמך	מספר סעיף ופרק	פירוט השאלה	מענה
1	מסמך א' תנאי המכרז והוראות למשתתפים	סעיף 6 תת סעיף 6.3 עמוד 6	בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן באחוזים משמעותיים, מחירי הבדיקות יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום תחילת ההסכם ועד למדד הידוע ביום ההארכה לאחר 12 חודשים, בנוסף להצמדה ואי לכך שהצעה המבוקשת במכרז זה הינה לפי תעריפון רשות המים ועליו תינתן הנחה גורפת קרי כל התייקרות אשר תחול בתעריפון רשות המים יגבה בהתאם בבדיקות נושא מכרז זה.	בסעיף 6.3 יימחקו המילים: "המחירים יהיו קבועים לכל תקופת ההסכם, ולא ישולמו הפרשי הצמדה למדד". בנוסף, במקום סעיף 18 להסכם יבוא הנוסח שלהלן: "18.1 במסגרת השירותים נשוא הסכם זה לא תשולמנה כלל התייקרויות, וכמו כן, לא יהיו כל הפרשי הצמדה של המחירים שהוצעו על ידי הקבלן, וזאת במהלך 12 (שנים-עשר) החודשים הראשונים שלאחר תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה. 18.2 אם וככל שתקופת ההסכם תוארך מעבר לתקופת ההסכם המקורית (כאמור בסעיף 28 להלן), תבוצע הצמדה של המחירים הנקובים במסגרת הצעת הקבלן בהתאם לשיעור עליית המדד ביום הראשון של אותה תקופת אופציה (שיעור המדד באותו יום) ביחס למדד ההתחלתי במועד חתימת הסכם זה, ולאחר המועד האמור וההצמדה כמתואר לעיל לא תשולמנה התייקרויות ו/או הפרשי הצמדה נוספים ו/או אחרים במהלך אותה תקופת אופציה. 18.3 אם וככל שתקופת ההסכם תוארך גם לתקופות/ות אופציה נוספת/ות, תבוצע הצמדה של המחירים הנקובים במסגרת הצעת הקבלן בהתאם לשיעור עליית המדד ביום הראשון של אותה תקופת אופציה (שיעור המדד באותו יום) ביחס למדד ההתחלתי במועד חתימת הסכם זה, ולאחר המועד האמור וההצמדה כמתואר לעיל לא תשולמנה התייקרויות ו/או הפרשי הצמדה נוספים ו/או אחרים באותה תקופת אופציה. 18.4 בהסכם זה, "המדד ההתחלתי" - פירושו, המדד המתייחס לחודש בו נחתם הסכם זה..

מס"ד	מסמך	מספר סעיף ופרק	פירוט השאלה	מענה
				<p>18.5 על אף האמור בהסכם זה לעיל ולהלן, <u>לא</u> יחולו כל התייקרויות לגבי שירותים שבוצעו באיחור, כלומר, שלא הושלמו תוך התקופה הנקובה במסגרת הסכם זה, וזאת פרט למקרה שהמנהל, לפי שיקול דעתו, ייתן ארכה בכתב לביצוע שירות כלשהו, וזאת בהתאם להוראות הסכם זה.</p> <p>18.6 כמו כן מודגש ומובהר, כי <u>לא</u> יחולו <u>ולא</u> ישולמו כל התייקרויות לגבי שירותים נוספים שאינם כלולים במחירים נשוא הסכם זה, וכן <u>לא</u> ישולמו התייקרויות לגבי שירותים נוספים שמחירם שונה מהמחירים שהוצעו על ידי הקבלן.</p> <p>18.7 כל חשבון התייקרות ייבדק ויאושר על ידי המנהל יחד עם החשבון השוטף בקשר לביצועם של השירותים..”</p>
2	מסמך א' הודעה על תוצאות המכרז	סעיף 11 תת סעיף 11.34 עמוד 10	נבקש לעדכן ל14ימים.	הבקשה מאושרת.
3	מסמך א' מחירים	סעיף 14 תת סעיף 14.1	בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן באחוזים משמעותיים, מחירי הבדיקות יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום תחילת ההסכם ועד למדד הידוע ביום ההארכה לאחר 12 חודשים, בנוסף להצמדה ואי לכך שהצעה המבוקשת במכרז זה הינה לפי תעריפון רשות המים ועליו תינתן הנחה גורפת קרי כל התייקרות אשר תחול בתעריפון רשות המים יגבה בהתאם בבדיקות נושא מכרז זה.	ראה המענה שניתן ביחס לשאלה מס' 1.
4	מסמך ב' חוזה התקשרות אחריות ושיפוי	סעיפים 9-13 עמוד 29	נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	הבקשה נדחית. עם זאת, המזמין ינהג בסבירות בקשר לסוגיית הקיזוז.
5	מסמך ב' חוזה התקשרות ערבות ביצוע	סעיף 14 תת סעיף ג	נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	הבקשה נדחית. עם זאת, המזמין ינהג בסבירות בקשר לסוגיית הקיזוז.

מענה	פירוט השאלה	מספר סעיף ופרק	מסמך	מס"ד										
ראה המענה שניתן ביחס לשאלה מס' 1.	בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן באחוזים משמעותיים, מחירי הבדיקות יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום תחילת ההסכם ועד למדד הידוע ביום ההארכה לאחר 12 חודשים, בנוסף להצמדה ואי לכך שהצעה המבוקשת במכרז זה הינה לפי תעריפון רשות המים ועליו תינתן הנחה גורפת קרי כל התייקרות אשר תחול בתעריפון 7רשות המים יגבה בהתאם בבדיקות נושא מכרז זה.	סעיף 16 תת סעיפים 18+19.	מסמך ב' חוזה התקשרות התמורה	6										
הבקשה נדחית. עם זאת, המזמין ינהג בסבירות בקשר לסוגיית הקיזוז.	נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	סעיף 26 עמוד 31	מסמך ב' חוזה התקשרות התמורה	7										
הבקשה נדחית.	הודעה על הפסקה- תינתן למעבדה אפשרות להודיע על הפסקת התקשרות תוך 14 ימים ללא תשלום פיצויים.	סעיף 30 עמוד 31	מסמך ב' חוזה התקשרות תקופת החוזה ותחולתו	8										
ראה עדכון לטבלת הקנסות:	נבקש לשנות את גובה הקנסות, וכי לפי בחינת דרישות המכרז ותנאי השוק הנוכחיים אנו סבורים כי יש מקום להפחתה משמעותית בגובה הקנסות המוצעים שיאפשרו גמישות תפעולית ויהיו פרופורציונליים, כל זאת ועוד כאשר הנושא נידון עם הקבלן המבצע וניתן לו זמן של 3 ימי עבודה להגיב על אי ההתאמה.	סעיף 49 כולל תתי סעיפים א+ב+ג עמוד 33	מסמך ב' חוזה התקשרות הפרות	9										
<table border="1"> <tr> <td>גובה הקנס</td> <td>תקופת האיחור</td> </tr> <tr> <td>לספק ישולם סך של 90% בלבד מעלות הבדיקה (קנס של 10%).</td> <td>איחור של עד 7 ימים</td> </tr> <tr> <td>לספק ישולם סך של 80% בלבד מעלות הבדיקה (קנס של 20%).</td> <td>איחור של מעל 7 ימים ולא יותר מ- 10 ימים</td> </tr> <tr> <td>לספק ישולם סך של 50% מעלות הבדיקה (קנס של 50%).</td> <td>איחור של מעל 10 ימים ולא יותר מ- 15 ימים</td> </tr> <tr> <td>הספק לא יקבל תשלום בגין הבדיקה</td> <td>איחור של מעל 15 ימים</td> </tr> </table>	גובה הקנס	תקופת האיחור	לספק ישולם סך של 90% בלבד מעלות הבדיקה (קנס של 10%).	איחור של עד 7 ימים	לספק ישולם סך של 80% בלבד מעלות הבדיקה (קנס של 20%).	איחור של מעל 7 ימים ולא יותר מ- 10 ימים	לספק ישולם סך של 50% מעלות הבדיקה (קנס של 50%).	איחור של מעל 10 ימים ולא יותר מ- 15 ימים	הספק לא יקבל תשלום בגין הבדיקה	איחור של מעל 15 ימים				
גובה הקנס	תקופת האיחור													
לספק ישולם סך של 90% בלבד מעלות הבדיקה (קנס של 10%).	איחור של עד 7 ימים													
לספק ישולם סך של 80% בלבד מעלות הבדיקה (קנס של 20%).	איחור של מעל 7 ימים ולא יותר מ- 10 ימים													
לספק ישולם סך של 50% מעלות הבדיקה (קנס של 50%).	איחור של מעל 10 ימים ולא יותר מ- 15 ימים													
הספק לא יקבל תשלום בגין הבדיקה	איחור של מעל 15 ימים													
הבקשה נדחית. עם זאת, המזמין ינהג בסבירות בקשר לסוגיית הקיזוז.	נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	סעיף 56 עמוד 35	מסמך ב' חוזה התקשרות שונות	10										

מס'ד	מסמך	מספר סעיף ופרק	פירוט השאלה	מענה
11	נספח ב' נספח אחריות וביטוח	סעיף 6 עמוד 37	נבקש לעדכן ל14 ימים, נבקש לעדכן כי יומצא נוסח מעודכן בתקופה שלא תעלה על כ45 יום ממועד פקיעת הביטוח.	הבקשה נדחית.
12	נספח ב' נספח אחריות וביטוח	סעיף 10 עמוד 37	חסר מלל	הבקשה נדחית. יצוין, כי לא חסר מלל בסעיף הנ"ל.
13	נספח ב' נספח אחריות וביטוח	סעיף 7 עמוד 37	ניתן להגיע למשרדי המעבדה לעיון בפוליסות שכן אינן מופצות .	הבקשה נדחית.
14	נספח ב' נספח אחריות וביטוח	סעיף 11 עמוד 38	ניתן להגיע למשרדי המעבדה לעיון בפוליסות שכן אינן מופצות .	הבקשה נדחית.
15	נספח ג' המפרט המיוחד	סעיף 15 עמוד 43	יועבר עד 48 שעות ממועד הדיגום.	הבקשה מקובלת.
16	נספח ג' המפרט המיוחד	סעיף 18 עמוד 43	בדיקה חוזרת תחויב במידה והתוצאה הינה בטווח אי הוודאות של התוצאה הראשונית.	בדיקה חוזרת תתבצע בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.
17	נספח ג' המפרט המיוחד	סעיף 21 עמוד 43	לפי הבדיקות נשוא מכרז זה אורך מקסימלי יכול להסתכם בכמה חודשים ולכן עבור אחסון המזמין יצטרך לשאת האחסון, ניתן לקבל עד 20 יום בלבד ממועד שליחת התוצאות ללקוח.	הבקשה נדחית.
18	נספח ג' המפרט המיוחד	סעיף 23 עמוד 43	עבור חו"ד / עד מומחה יהא סיכום בין הצדדים עבור מחיר לשעת עבודה בעת חתימת החוזה עם הזוכה.	הבקשה נדחית.

מס"ד	מסמך	מספר סעיף ופרק	פירוט השאלה	מענה
19	נספח ג' המפרט המיוחד	סעיף 24 עמוד 43	קיים פורמט דיווח באקסל/PDF אשר הינו לפי תקן ומקובל על הרגולטורים השונים. במידה ויידרש פורמט שונה ייבחן ויתומחר מחדש ללקוח.	נדרש לקבל קובץ אקסל או CSV בפורמט קבוע הניתן לקליטה במערכות המחשוב של החברה.
20	מסמך א'	סעיף 2 תת-סעיף 2.2	מציע המעסיק לפחות 2 דוגמים, שכל אחד מהם מחזיק ברישיונות דיגום בתוקף מטעם משרד הבריאות, כדלקמן: דוגם מים רמה א' (לפחות) וגם דוגם שפכים וקולחין. נבקש לשנות את תנאי הסף כלהלן: "מציע המעסיק לפחות 2 דוגמים, שמתזיקים ברישיון דיגום בתוקף מטעם משרד הבריאות לביצוע דיגום שפכים וקולחין, ולפחות אחד מהם גם מחזיק ברישיון דיגום בתוקף מטעם משרד הבריאות כדלקמן: דוגם מים רמה א' (לפחות)".	הבקשה נדחית.
21	מסמך א'	סעיף 2 תת סעיף 2.3	המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח בתחום ביצוע דיגומי שפכי מפעלים עבור לפחות 3 תאגידי מים וביוב (כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001) ו/או מועצות אזוריות, בשנים 2022-2024, כאשר בכל אחד מהגופים הנ"ל בוצעו מעל ל- 40 דגימות במפעלים בכל שנה. נבקש לשנות את תנאי הסף כלהלן: "המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח בתחום ביצוע דיגומי שפכי מפעלים עבור לפחות 3 תאגידי מים וביוב (כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001) ו/או מועצות אזוריות ו/או עבור מפעלים לצורך דיווחי המפעלים לתאגידי מים וביוב ו/או מועצות אזוריות, בשנים 2022-2024, כאשר בכל אחד מהמפעלים הנ"ל בוצעו מעל ל- 40 דגימות בכל שנה."	הבקשה נדחית.

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז. על המציע לצרפו למסמכי המכרז כאשר הוא חתום בחתימת ידו ובחותמת החברה כאות להסכמתו לתוכן המסמך.

בכבוד רב,
 שאול אביב, מנכ"ל
 מי הרצליה בע"מ